

郑环审〔2020〕91号

**郑州市生态环境局**  
**关于《郑州瑞祥医院新增数字减影血管造影机**  
**应用项目环境影响报告表（报批版）》的批复**

郑州瑞祥医院：

你单位委托河南蔚蓝环保科技有限公司编制的《郑州瑞祥医院新增数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表（报批版）》收悉，根据局核与辐射环境管理处出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于荥阳市索河西路 006 号郑州瑞祥医院，项目新增使用 1 台 CGO-2100 型 DSA，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA，属于医用 II 类射线装置，新建 DSA 机房位于医院门诊楼西南侧空地，为地上一层建筑，该区域此前未进行核技术开发利用。总投资 400 万元，环保投资 60 万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设

项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

辐射环境。辐射工作场所按照辐射防护要求设计建造，场所门外设置醒目的状态指示灯和电离辐射警告标志，防止无关人员进入；工作人员配备个人剂量计和辐射防护用品。DSA 机房外、防护门外、观察窗外辐射剂量率应满足《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）。辐射工作人员和周围公众人员年受照有效剂量应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目管理目标限值的要求。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常管理由郑州市生态环境局荥阳分局负责，郑州市危险废弃物和辐射环境监督管理中心负责督察巡查。

七、本批复有效期为 5 年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2020 年 10 月 27 日

---

主办：局环评处

---

郑州市生态环境局办公室

2020年10月27日印发

---