

郑环审〔2019〕121号

**郑州市生态环境局**  
**关于《河南省肿瘤医院医用直线加速器核技术**  
**应用建设项目环境影响报告表（报批版）》**  
**的批复**

河南省肿瘤医院：

你单位委托四川省中栎环保科技有限公司编制的《河南省肿瘤医院医用直线加速器应用建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。根据局辐射环境管理处出具的技术审查意见，经研究，批复如下：

一、河南省肿瘤医院位于河南省郑州市金水区东明路127号，医院持有原河南省环境保护厅颁发的辐射安全许可证，证书编号为：豫环辐证[00120]，许可种类和范围为：使用Ⅰ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源，使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，使用非

密封放射性物质，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所。有效期至2022年10月22日。医院计划购置2台医用直线加速器，标称电压为10MV，最大使用输出剂量率为600cGy/min，分别安装在医院门诊楼负二层放疗中心加速器10室、12室。项目计划总投资7000万元，其中环保投资800万元，占总投资的11.4%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动、辐射等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

辐射环境。辐射工作人员和周围公众年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《放射治疗机房的辐射屏蔽规范—第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》规定方法确定的剂量限值要求。

五、项目建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常管理由郑州市金水区环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2019年8月15日

---

主办：局环评处

---

郑州市生态环境局办公室

2019年8月15日印发

---